

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

ISO 9001 ISO 14001



HEXAGON




TESA
TECHNOLOGY

Champ de mesurage	Messspanne	Field of measurement	ISO 9493	Mes	0,2 mm	.008 in
Valeur de l'échelon	Skalenteilungswert	Scale interval	—	Skw	0,002 mm	100 µin
Erreur d'indication	Abweichungsspanne	Span of error	MPE _F	f _e	2,7 µm	110 µin
Erreur d'indication locale	Abweichungsspanne in der Teilmessspanne	Local span of error	MPE _p	f _t	2 µm	80 µin
Erreur d'indication totale	Gesamtabweichungsspanne	Total span of error	—	f _{ges}	3,5 µm	160 µin
Hystérésis	Messwertumkehrspanne	Hysteresis band	MPE _H	f _u	1,5 µm	60 µin
Fidélité	Wiederholbarkeit	Repeatability	MPE _R	f _w	1 µm	40 µin

18.10009 18.20011
18.10010 18.20012
18.10013 18.20015
18.10304 18.20304
18.11001 18.20013
S18.001695

Comparateur à levier
Fühlhebelmessgeräte
Dial test indicators



Nous déclarons sous notre seule responsabilité que la qualité de ce produit est conforme aux normes et données techniques contenues dans nos documents de vente (modes d'emploi, prospectus, catalogue).

Par ailleurs, nous attestons que les références métrologiques de l'équipement utilisé pour sa vérification sont valablement raccordées aux étalons nationaux. Le raccordement est assuré par notre système qualité.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt in seinen Qualitätsmerkmalen den in unseren Verkaufsunterlagen (Gebrauchsanleitung, Prospekt, Katalog) angegebenen Normen und technischen Daten entspricht.

Des weiteren bestätigen wir, daß die Maße des bei der Prüfung dieses Produktes verwendeten Prüfmittels, abgesichert durch unser Qualitäts-sicherungssystem, in gültiger Beziehung auf nationale Normale rückverfolgbar sind.

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards and technical data as specified in our sales documentation (instruction manual, leaflet, catalogue).

In addition, we certify that the measuring equipment used to check this product refers to national master standards. The traceability of measuring values is guaranteed by our Quality Assurance.

TESA Technology

Bugnon 38
CH-1020 Renens
Tél. +41(0) 21 633 16 00
Fax +41(0) 21 635 75 35
tesa-info@hexagon.com

Assurance Qualité
Qualitätssicherung
Quality Assurance